

学校名等	給食提供日	小・中・高の別	食数	1食あたり 摂取量 (g)	測定結果(Bq/kg)		内部被ばくの 実効線量(mSv)
					核種	分析値	
福島市立 庭坂小学校	平成27年12月3日	小	5	756	Cs-134	検出せず(<0.659)	
					Cs-137	検出せず(<0.655)	
					K-40	33.8	

※検査機器:ゲルマニウム半導体検出器

(オルテック社製Ge半導体検出器 SEG-EMS)

検査時間:1,000秒

(事務担当 健康教育課 主事 赤木 電話024-521-7762)